Yapısal Özellikler ve Sipariş Bilgileri



Ürün	Katalog No	Dış Çap			İç Çap		Uzunluk	Hidrofilik Kaplama Uzunluğu
		Uç	Uzak Gövde	Yakın Gövde	Uç	Gövde		
ASAHI Caravel	CRV135-19P	0.48mm (1.4Fr)	0.62mm (1.9Fr)	0.85mm (2.6Fr)	0.40mm (0.016")	0.55mm (0.022")	135cm	70cm
	CRV150-19P	0.48mm (1.4Fr)	0.62mm (1.9Fr)	0.85mm (2.6Fr)	0.40mm (0.016")	0.55mm (0.022")	150cm	85cm

Endikasyonlar:

Bu mikrokateterin kullanım amacı, sağladığı destek ile koroner ve periferal damar yayılımlarında kılavuz tellerin yerleştirilmesini kolaylaştırmaktır ve bir kılavuz telin diğer bir kılavuz tel ile değiştirilmesinde kullanılabilir.
Bu mikrokateterin bir diğer kullanım amacı da koroner ve periferal damar yayılımları içerisine kontrast madde gönderimine yardımcı olmaktır.
Bu mikrokateteri koroner ve periferal damar yayılımları haricinde kullanmayınız.

CE 0344

©2016 ASAHI INTECC CO., LTD.
"ASAHI", "Caravel" ve "ACT ONE" Japonya'da ve diğer ülkelerdeki ASAHI INTECC CO., LTD.'NİN markaları ya da tescilli markalarıdır.

Üretici:

ASAHI INTECC

ASAHI INTECC CO., LTD.
3-100 Akatsuki-cho. Seto, Aichi 489-0071 Japan
Contact phone number: +81-561-86-9101
http://www.asahi-intecc.com

Distribütör:

ASAHI Caravel ver.1/AMC-K16213

ASAHI Caravel

ASAHI INTECC

ASAHI Caravel

Basit olanı tamamlayan ve karmaşık olanı kolaylaştıran çok yönlü bir mikrokateterdir.

ACT ONE Hassas Örgü Gövde

- Benzersiz örgü tekniği, sınıfının en iyi esnekliğini sağlar.
- Hassas mühendislik, kıvrımlı (tortiyoz) anatomide benzersiz performans sağlar.

Ultra Düşük Profilli Uç Yapısı

- Uç kısmı konikleştirilerek 0.048mm (0.018"(1.4Fr))'ye kadar indirilmiştir.
- Olağanüstü uç esnekliğine sahiptir.
- Kıvrımlı (tortiyoz) anatomilerde kolaylıkla ilerler.

İç Lümen Bütünlüğü

- Kıvrımlı (tortiyoz) anatomide kink olmaya karşı geliştirilmiş direnç
- Optimal kılavuz tel performansına olanak sağlar.



Düşük Profilli Mikrokateter

- Mükemmel geçiş profili: 0.62mm (1.9Fr)
- Mikrokanallardan geçiş için düşük profilli tasarım
- 2 adet Caravel 6Fr kılavuz kateter içerisine sığabilir.

ASAHI Caravel mikrokateterin döndürülerek değil, itilerek kullanılması önerilir